

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11986**FECHA: 15/12/2020

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica Cedes</u>	Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Jose Escalante</u>	Marca: <u>Vyaire</u>
Teléfono: <u>200493 5303</u>	Modelo: <u>Vita comprehensive</u>
Ciudad: <u>Richarda - La Guajira</u>	S/N: <u>CAT 04790</u>
Contrato: <u>MSPS</u>	Ubicación: <u>UCJ</u>
Daño fuera de Garantía:	Placa:

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relievo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujo metro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA:	HTV:	HIT:
<u>Visita de mantenimiento preventivo</u>	<u>52</u>	<u>57</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general del estado físico y funcional del equipo</u> <u>se realiza test UVT, prueba de fugas, calibración de</u> <u>sensor O2, prueba de alarmas, batería, pantalla leds,</u> <u>memorias, test de desempeño en parámetros Vm, VT, PEEP, Dil,</u> <u>LiE, TC, frecuencia, porcentaje flujo. Se utiliza equipo de verificación</u>

OBSERVACIONES:
<u>Se entrega equipo funcionando acorde a los especificaciones</u> <u>del fabricante</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Jose Escalante</u>	H. Llegada: <u>4:15PM</u>	Nombre: <u>Daniel Alcantara C.</u>
Cargo: <u>Ing. Biomedico</u>	H. Salida: <u>5:15PM</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>