

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Menintegral SAS	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: Ing. Angela Garzon	Marca: Vgair
Teléfono: 3054627877	Modelo: Vela Comprehensivae
Ciudad: Zipaquirá, Cundinamarca	S/N: CAT 04793
Contrato: MSA	Ubicación: UCS
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: M2AD-0321

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia	☒ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro		

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relevó	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujoómetro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciómetro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☒ Otro

PROBLEMA:
Visita de mantenimiento preventivo HTV: 49
HTT: 49

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza test UVT y prueba de fugas, calibración de Sensor O2, prueba de batería, alarmas, pantalla, leds, membranas. Se realiza prueba de desempeño en parámetros Um, Vt, PEEP, PIP, Te, I:E, fricción. Se utiliza equipo de verificación TSS.

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Andrey Garzon	H. Llegada: 2:00 pm	Nombre: Daniel Alcantar C.
Cargo: Ing. Mecánico	H. Salida: 4:00 pm	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]