

## DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica Arenas  
Contacto: Dubernet Amaya  
Teléfono: \_\_\_\_\_  
Ciudad: Valledupar  
Contrato: \_\_\_\_\_  
Daño fuera de Garantía: \_\_\_\_\_

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente  
Marca: Carefusion  
Modelo: VELA  
S/N: CAT04794  
Ubicación: UCI Respiratoria  
Placa: \_\_\_\_\_

## TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía  
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

## TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: \_\_\_\_\_

## TIPO DE ELEMENTO

### LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico  
☐ Reinstalaciones de Firmware  
☐ Reinstalaciones de Software  
☐ Reparación Completa  
☐ Reparación Componentes  
☐ Reparación Estándar  
☐ Tarjeta Principal  
☐ Otro: \_\_\_\_\_

### LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación  
☐ Filtro de Solución Refrigerante  
☐ Fuente  
☐ Relevé  
☐ Sonda de Bloqueo  
☐ Sonda de Muestra  
☐ Teclado  
☐ Válvula de Una Vía  
☐ Otro: \_\_\_\_\_

### LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo  
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor  
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software  
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta  
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen  
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor  
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina  
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula  
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

## PROBLEMA:

Visita # 1 de Garantía. Mantenimiento preventivo.

## TRABAJOS REALIZADOS

HTV: 356 HTT: 356. Inspección física del equipo. Limpieza general, pruebas  
OVP: Teclas, leds indicadores, alarmas, fugas, cal de O2, desempeño de batería,  
todas OK. Tests de desempeño de parámetros ventilatorios relacionados en  
el protocolo adjunto.

## OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## CLIENTE

Nombre: Dubernet Amaya P.  
Cargo: Ingeniero Biomédico  
Firma: [Firma]

## DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 4:00 pm  
H. Salida: 6:30 pm

## INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar Muñoz C.  
Cargo: Soporte técnico  
Firma: [Firma]