

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Rosario Fumaretedelapra	Equipo: Ventilador de paciente
Contacto: Ing. Oscar Restrepo	Marca: Carefusion
Teléfono: 3004202224	Modelo: Vela comprehensive
Ciudad: Valledupar	S/N: CAT 04495
Contrato: MSPS	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - o -	Placa: 012-01962

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relevó	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujo metro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciómetro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☒ Otro

PROBLEMA:
Visita de mantenimiento preventivo
MTV: 14
HTT: 14

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo, Test VVT, Prueba de fuga, calibración Sensor O2 Prueba de batería, alarmas, pantalla, leds, membranas Test de desempeño en parámetros Um, VT, Apep, PIP, Ti, I:E, frecuencia % FIO2. Se utiliza equipo de verificación TSI.

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Oscar Restrepo		Nombre: Daniel Alcantar C.
Cargo: Ingeniero	H. Llegada: 1:00 Pm	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: Oscar Restrepo.	H. Salida: 3:00 Pm	Firma: [Firma]