

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Rosario Pumarejo Caceres	Equipo: Ventilador de Paro de
Contacto: Ing. Oscar Restrepo	Marca: Vyaire
Teléfono: 300 420 2124	Modelo: Vela comprehensive
Ciudad: Valledupar	S/N: CA104204
Contrato: MSPS	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: -0-	Placa: 012-7869

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente
☐ Reparación Completa	☐ Relevé
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía
	☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Batería	☐ Filtro
☐ Cable	☐ Flujómetro
☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Consola	☐ Indicador
☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
☐ Cubierta	☐ Lámpara
	☐ Manguera
	☐ Manómetro
	☐ Mezclador
	☐ Módulo
	☐ Motor
	☐ Operativo
	☐ Pantalla
	☐ Pistón
	☐ Potenciómetro
	☒ Reactivo
	☐ Sensor
	☐ Software
	☐ Tarjeta
	☐ Touchscreen
	☐ Transductor
	☐ Turbina
	☐ Válvula
	☒ Otro

PROBLEMA:
Visita de mantenimiento preventivo HTV: 12
HTI: 12

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo, se realiza Test UVT, Prueba de Fugas, Batería, alarmas, calibración sensor O2, prueba de pantalla leds y membranas. Se realiza test de desempeño en parámetros Vm, VT, PEP, PIP, Te, I:E, frecuencia, % fio2. Se utiliza equipo TSI.

OBSERVACIONES:
Se entrega el equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Oscar Restrepo	H. Llegada: 12:00pm	Nombre: Daniel Alcantara C.
Cargo: Ingeniero	H. Salida: 2:00pm	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: Oscar Restrepo		Firma: [Firma]