

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **12041**FECHA: 16 12 2020**DATOS DEL CLIENTE**

Cliente: Sres Clinica Gestionar Bienestar
 Contacto: Ing Fabio Duran
 Teléfono: _____
 Ciudad: Barranquilla
 Contrato: 1ª Visita mantenimiento preventivo
 Daño fuera de Garantía: N/A

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
 Marca: Corusción
 Modelo: Vela-Comprehensive
 S/N: CAT04748
 Ubicación: U.C.I
 Placa: 027872

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento consistente en verificación de volúmenes, flujos, PIP, PEEP, fugas, frecuencia respiratoria, concentraciones de oxígeno, relación I:E, Vm, ti; alarmas, LEDs, membranas de teclado, pantalla sensible al tacto, prueba de la batería, pruebas de desempeño del ventilador

OBSERVACIONES:

El ventilador se entrega en perfecto estado y funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante

CLIENTE

Nombre: Fabio Duran
 Cargo: Ing. Biomédico
 Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:00
 H. Salida: 9:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Fernando Raveo
 Cargo: S.T.
 Firma: [Firma]