

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: SES. Hospital universitario de caldas.
Contacto: _____
Teléfono: _____
Ciudad: Manizales.
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Conerfusion
Modelo: Vaci comprehensive
S/N: CAT04752
Ubicación: UCI
Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☒ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

PROBLEMA:

Vista #2 de mantenimiento preventivo por garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación por estado físico y funcional. y limpieza general, se realizan pruebas VUT, leds, membrana, alarmas, fugas, cal 02 y prueba de apertura de batería, y se verifican parámetros ventilatorios, todos OK. Se adjunta protocolo.

OBSERVACIONES:

grupo en correcto funcionamiento.

CLIENTE

Nombre: Mariana Oquendo
Cargo: Tecnóloga Biomedica
Firma: _____

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8 am
H. Salida: 10 am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen Henao C.
Cargo: Ing. soporte técnico
Firma: _____