

T-25724

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Salud Vital de Colombia IPS S.A.S
 Contacto: _____
 Teléfono: _____
 Ciudad: Barrancabermeja
 Contrato: Garantía - visita #1
 Daño fuera de Garantía: N/A

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
 Marca: Corfeusion / Vyaire
 Modelo: Vela
 S/N: CATO 4754
 Ubicación: UCI - Adulto
 Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Ninguno. visita de mantenimiento preventivo por garantía #1.

TRABAJOS REALIZADOS

- Verificación en general del equipo por estado y funcionamiento = OK.
 - Ejecución de pruebas UT = (Fugas, luces, membranas, alarmas - Tono, calibración de Celda de O2 = OK). - Verificación de parámetros = UT, Neum, PEEP, PIP, I:E, FiO2 y Frecuencia = OK. - Verificación del funcionamiento de mezclador, nebulizador, batería, alarmas, pantalla sensible al tacto = OK. - limpieza interna, externa y

OBSERVACIONES:

Filtro. - pruebas finales de desempeño del ventilador = OK - se entregó el equipo funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones de fábrica.

CLIENTE

Nombre: Lenny M. Esteban B
 Cargo: Administración
 Firma: Lenny M. Esteban B

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2:00
 H. Salida: 4:00 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Geny Bamecy
 Cargo: Soporte Técnico
 Firma: Geny Bamecy