

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:

Hospital Santa Sofia

Contacto:

Teléfono:

Monzales

Ciudad:

Contrato:

Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo:

Ventilador

Marca:

Conexión

Modelo:

Vela Comprehensive

S/N:

CAT04755

Ubicación:

UCL

Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐

Alistamiento

☐

Calibración

☐

Capacitación

☐

Correctivo

☐

Cortesía

☐

Demostración

☐

Diagnóstico

☐

Instalación

☐

Otro

☒

Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐

Electrónico

☐

Neumático

☐

Producto

☐

Software

☐

Otro

Cual:

PROBLEMA:

Visita #2 de mantenimiento Preventivo por garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación Por estado Físico y Funcional, y limpieza general, se realizan pruebas UVT: leds, membrana, alarmas, fugas, cables y prueba de aumento de batería, se verifican parámetros ventiladores, todos OK. Equipo en correcto funcionamiento, se adjunta protocolo.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento.

CLIENTE

Nombre:

Wilson Guerrero

Cargo:

Gerente

Firma:

Wilson Guerrero

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada:

2:30 pm

H. Salida:

4 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre:

Karen Monroy C.

Cargo:

Ing. Sp. Técnico

Firma:

Karen Monroy