

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Meintegral SAS	Equipo: Ventilador de paciente
Contacto: Ing. Angela Garzón	Marca: Carefusion
Teléfono: 305 4627811	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Zipaquirá, Cundinamarca	S/N: CAT 04756
Contrato: N/A	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: 47 - A10 0325

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico
 ☐ Neumático
 ☐ Producto
 ☐ Software
 ☒ Otro
 Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA			
☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara	☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA: Visita de mantenimiento preventivo HTV: 20
MTT: 20

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se ejecuta test UVT, Pruebas de fugas, Calibración de sensor O2, prueba de alarmas, batería, pantalla, membranas, leds. Se realiza prueba de desempeño en parámetros: VT, VM, AEP, PE, TE, IE, frecuencia, % FiO2. Se utiliza equipo de verificación TSI.

OBSERVACIONES:

Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Auxi G.	H. Llegada: 8:00 am	Nombre: Daniel Alcantar C.
Cargo: Ing. Médico	H. Salida: 10:00 am	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]