

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Federico Irujo Arista	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: Ing. Juan Camilo Rentería	Marca: Carefusion
Teléfono: 3145466777	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Ibagué - Tolima	S/N: CA104460
Contrato: MS45	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: --	Placa: 139863

TIPO DE SERVICIO			
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☒ Cortesía Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente
☐ Reparación Completa	☐ Relevé
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía
	☐ Otro:
LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Batería	☐ Filtro
☐ Cable	☐ Flujoómetro
☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Consola	☐ Indicador
☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
☐ Cubierta	☐ Lámpara
	☐ Manguera
	☐ Manómetro
	☐ Mezclador
	☐ Módulo
	☐ Motor
	☐ Operativo
	☐ Pantalla
	☐ Pistón
	☐ Potenciometro
	☐ Reactivo
	☐ Sensor
	☐ Software
	☐ Tarjeta
	☐ Touchscreen
	☐ Transductor
	☐ Turbina
	☐ Válvula
	☒ Otro

PROBLEMA:
Visita de mantenimiento preventivo
HTV: 458
HTF: 458

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo. Test UVT. Prueba de fugas. Prueba de batería. Pantalla, alarmas, calibración. Sensores de O2. Test de desempeño para parámetros VT, Vm, Vrel, PIP, FiO2, I:E, frecuencia. Se utiliza equipo de oxigenación 15L.

OBSERVACIONES:
Se entrega el equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Juan Camilo Rentería	H. Llegada: 8:30am	Nombre: Daniel Alcantar Cardenas
Cargo: Ing. Biomedico	H. Salida: 10:30am	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]