

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>ES Hospital de Calles</u>	Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u>
Contacto: _____	Marca: <u>Concepcion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>1001 Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Bogotá</u>	S/N: <u>A124762</u>
Contrato: _____	Ubicación: _____
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>B2HAYM 147</u>

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro: Cual

TIPO DE ELEMENTO	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador
☐ Reinstalación de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalación de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relajo	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Biquier	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Fluómetro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciometro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☐ Otro

PROBLEMA: Lista programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó mantenimiento preventivo, se verificó funcionamiento y estado físico, celda de pO2, se verifican parámetros y test VT.

se realizó capacitación al personal del hospital.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento, se verificó celda de biquier, compresor, celda de cO2, funcionan según instrucciones de parámetros en muchos biogrupos.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Angela María Castellón</u>	H. Llegada: <u>11:18 am</u>	Nombre: <u>Karen Henao C.</u>
Cargo: <u>Angela María Castellón</u>	H. Salida: <u>12:20 am</u>	Cargo: <u>Ing. de Mantenimiento</u>
Firma: <u>Angela María Castellón</u>		Firma: <u>Karen Henao C.</u>