

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **14026**FECHA: 3/5/21**DATOS DEL CLIENTE**

Cliente: Clinica los Rosales
 Contacto: _____
 Teléfono: _____
 Ciudad: Pereira
 Contrato: _____
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador Mecánico
 Marca: Conetusion
 Modelo: Vela Comprehensive
 S/N: CAT04764
 Ubicación: UCI Intermedios
 Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Unidad #2 de mantenimiento preventivo por garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación Física y de funcionamiento, limpieza general, pruebas
ovp: leds, membrana, fugas, alarmas, calibración celda O2,
pruebas de desempeño de batería y parámetros
ventilatorios, todos OK, otro protocolo de mantenimi-
ento se realiza ajuste de transductores.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento.

CLIENTE

Nombre: Jose Luis Aguirre C.
 Cargo: Ingeniero Biomedico
T.P 17244 - 429293 CID
R.I RH 201908 - 480
 Firma: _____

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2 pm
 H. Salida: 4 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen Monroy C.
 Cargo: Ing. Soporte Técnico
 Firma: Karen