

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Federico Lleras Acosta
Contacto: Ing. Juan Camilo Acuña
Teléfono: 314 5466777
Ciudad: Ibagué - Tolima
Contrato: MSPS
Daño fuera de Garantía: - - -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: CareFusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT 04772
Ubicación: UCI
Placa: 43AB60

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujoómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo. HTV: 682
HTI: 682

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test UVT. Pruebas de fugas, batería, alarma, pantalla, membranas, calibración de sensor O2. Pruebas de diseminación para parámetros Vm, VT, PEEP, PIP, TC, I:E. FiO2, frecuencia. Se utiliza equipo de verificación TSI.

OBSERVACIONES:

Se entrega el equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Juan Camilo Rentería 17
Cargo: Ing. Biomédico
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 3:30 PM
H. Salida: 5:30 PM

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantar Cardenas
Cargo: Ingeniero de Servicio Técnico
Firma: [Firma]