

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Meintegral SAS	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: Ing. Angela Garzón	Marca: Carefusion
Teléfono: 3054627872	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Zipaquirá, Cundinamarca	S/N: CAT 04806
Contrato: USPS	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - 0 -	Placa: MZ-AD 03148 14

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO					
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA			
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara	☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA: Visita de mantenimiento preventivo	HTV: 13
	HIT: 13

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test UVT y prueba de fugas, calibración de sensor O2, prueba de batería, alarma, pantalla, membranas, se realiza test de desempeño en parámetros VM, VT, PEEP, FiO2, I:E, frecuencia, y flujo. Se utiliza equipo de verificación TSI.

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Ana Garzón	H. Llegada: 10:00 am	Nombre: Daniel Alcantara
Cargo: Ing. Asesor	H. Salida: 12:00 PM	Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]