

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Hospital San Vicente de Arica.</u>	Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Jhormay Carrillo</u>	Marca: <u>Carefusion</u>
Teléfono: <u>313 3004520</u>	Modelo: <u>VEA COMPREHENSIVE</u>
Ciudad: <u>Arica.</u>	S/N: <u>CAT04817</u>
Contrato: _____	Ubicación: <u>UCI Covid- Unol Respirat.</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: _____

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente
☐ Reparación Completa	☐ Relevé
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía
	☐ Otro:
LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Batería	☐ Filtro
☐ Cable	☐ Flujómetro
☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Consola	☐ Indicador
☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
☐ Cubierta	☐ Lámpara
	☐ Manguera
	☐ Manómetro
	☐ Mezclador
	☐ Módulo
	☐ Motor
	☐ Operativo
	☐ Pantalla
	☐ Pistón
	☐ Potenciómetro
	☐ Reactivo
	☐ Sensor
	☐ Software
	☐ Tarjeta
	☐ Touchscreen
	☐ Transductor
	☐ Turbina
	☐ Válvula
	☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita # 2 de Garantía. Mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Inspección física y funcional. Limpieza externa. Pruebas OVP: todos fugas, alarmas, leds indicadores, nebulizador, pantalla táctil, desempeño de batería todos OK. Calibración de celda O2 OK pero falla en verificación de FIO2 altas. REQUIERE CAMBIO. Verificación de parámetros de ventilación en protocolo adjunto</u>

OBSERVACIONES:

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Jhormay Carrillo</u>	H. Llegada: <u>3:30 pm</u>	Nombre: <u>Edgar Muñoz P.</u>
Cargo: <u>Ing. Biomedico</u>	H. Salida: <u>6:30 pm</u>	Cargo: <u>Soporte Técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>