

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11729**FECHA: 23 11 2020**DATOS DEL CLIENTE**

Cliente: Clinica Santa Laura
 Contacto: Francisco Rivera
 Teléfono: 3118453337
 Ciudad: Bogota DC
 Contrato: _____
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Fuente
 Marca: Conelusion
 Modelo: VCLA Comprehensive
 S/N: CAT04664
 Ubicación: _____
 Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☒ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación de estado y funcionamiento del equipo, se realizan pruebas de fugas, diáframas, membranas, luces, batería, verificación de funcionamiento de refulizador, pantalla táctil, calibración de celda O2, Verificación de Vn, VT, PEEP, Titración, PIP, I:E, Fi y niveles O2

OBSERVACIONES:

El equipo se entrega funcionando de acuerdo a las especificaciones de fabricante.

CLIENTE

Nombre: Francisco Rivera
 Cargo: Ing. Biomedico

Firma: Francisco Rivera Mora
Ingeniero Biomedico

M.P. 25244-3721

REG. INVIMA RH 201

DURACIÓN DEL TRABAJOH. Llegada: 10:30H. Salida: 12:30**INSTRUMENTACIÓN S.A.**

Nombre: Fabrizio Hdz
 Cargo: Asesor Técnico

Firma: Fabrizio Hdz