

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No.

11300

FECHA: 19/02/2021

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica VIP
 Contacto: Ing. Tennyson Sanchez
 Teléfono: 3114463942
 Ciudad: Bogotá
 Contrato: 11585
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
 Marca: Carefusion
 Modelo: Vela Confortensive
 S/N: CAT 04670
 Ubicación:
 Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujoómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento PreventivoHTV: 2398HTT: 2398

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza Test VT, Pruebas Fugas, Calibración de Sonda O2, Prueba de cilindros, baterías, válvulas, nebulizadores, limpieza de filtro de solución refrigerante. Se realiza diagnóstico de problemas en parámetros de flujo y presión. Al final se realiza reporte de intervención TSC.

OBSERVACIONES:

Se califica el trabajo como excelente acorde a los estándares.

CLINICA VIP

CLIENTE

Nombre: Yenny ENE 2021 Sanchez
 Cargo: COORDINACIÓN BIOMEDICA
 Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10:00mH. Salida: 12 PM

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: David Alcantar E
 Cargo: Ing. Tennyson Sanchez
 Firma: