

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Federico Lleras Acosta
Contacto: Ing. Juan Camilo Renteria
Teléfono: 315766777
Ciudad: Ibagué - Tolima
Contrato: MSFS
Daño fuera de Garantía: - - -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Carefusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT04672
Ubicación: UCS
Placa: 139862

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujo metro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento Preventivo

HIV: 802
MIT: 802

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión del estado físico y funcional del equipo.
Se realiza Test UVT. Pruebas de fuga, pantalla, alarma, batería,
membranas, calibración de monitor O2. Test de desempeño para
Parámetros: Vm, VT, PEEP, PIP, % FiO2, Tc, I:E, frecuencia
Se utiliza equipo de verificación TS7.

OBSERVACIONES:

Se entrega el equipo funcionando acorde a las
especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Juan Camilo Renteria
Cargo: Ing. Biomédico
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10:30 am
H. Salida: 12:30 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantar C.
Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]