

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica central del quindío
Contacto: _____
Teléfono: _____
Ciudad: Armenia
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Corofusion
Modelo: Ucla comprensivo
S/N: RA04690
Ubicación: UCL
Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

PROBLEMA:

Cuarta #2 de mantenimiento preventivo por garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación por estado físico y funcional, pruebas vit: leds, membrana, alarmas, fuga, calos, prueba de estado de batería, sensores, ventiladores y limpieza general, agupox.

OBSERVACIONES:

Grupo en correcto funcionamiento

CLIENTE

Nombre: Tatiana Salazar N
Cargo: Lider Ing. Biomedico
Firma: Tatiana

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 12: pm
H. Salida: 1:30 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Kenen Monroy
Cargo: Jefe. Soporte técnico
Firma: Kenen