

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Sres Clínica Alta Complejidad
Contacto: Ing Mireya
Teléfono: _____
Ciudad: Valledupar
Contrato: 1ª Visita de garantía
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: Cordfusion
Modelo: Vela-Comprehensive
S/N: CAT04706
Ubicación: U. C. I
Placa: QR # 14003

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento consistente en verificación de volúmenes, flaps, Pip, PEEP, Vm, ti, relación I:E, fugas, frecuencia respiratoria, calibración sensor de O2, concentraciones de O2, nebulizador, pantalla sensible al tacto, teclado de membranas, alarmas, pruebas a la batería, pruebas finales de desempeño del ventilador.

OBSERVACIONES:

El ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante

CLIENTE

Nombre: Mireya Valencia R.
Cargo: C. Biomedica
Firma: Mireya Valencia R.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 15:00
H. Salida: 16:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Fernando Romero
Cargo: S.T.
Firma: [Firma]