

DATOS DEL CLIENTE Cliente: <u>Clinica los Rosales</u> Contacto: <u>Jose Luis Aguirre</u> Teléfono: <u>3113 208977</u> Ciudad: <u>Perera</u> Contrato: _____ Daño fuera de Garantía: _____	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: <u>Ventilador de paciente</u> Marca: <u>Carefusion</u> Modelo: <u>VCLA</u> S/N: <u>CAT04721</u> Ubicación: _____ Placa: <u>4168</u>
--	--

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesia ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____
--

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: <u>Visita #1 de garantía. Mantenimiento Preventivo</u>
--

TRABAJOS REALIZADOS <u>HTT: 21, HTV: 51. Inspección general del equipo. Limpieza general. Puentes AVR. Puentes, alarmas, teclas, leds indicadores, pantalla táctil, calibración sensor de O2, desempeño de batería. Todos OK. Verificación de parámetros de ventilación. Incluidos en el protocolo adjunto.</u>

OBSERVACIONES: <u>Sensor de flujo queda en seguimiento por volúmenes altos</u>
--

CLIENTE Nombre: <u>pp. María Alejandra López</u> Cargo: <u>Ing biomédica</u> Firma: <u>[Firma]</u>	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: <u>3:00pm</u> H. Salida: <u>4:30pm</u>	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: <u>Edgar Muñoz C.</u> Cargo: <u>Soporte Técnico</u> Firma: <u>[Firma]</u>
--	--	--