

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Srta Instituto Cardiovascular del Cesar</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing Eloisa Jorge R</u>	Marca: <u>Corgusion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Vela - Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Valledupar</u>	S/N: <u>CAT04723</u>
Contrato: <u>1º Visita Garantía</u>	Ubicación: <u>UCI</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>N/A</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO					
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA			
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara	☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general por estado y funcionamiento, consistente en Verificación de volúmenes, Flujos, Pres, Pip, frecuencia respiratoria, Um, fugas, relación I:E, calibración sensor de oxígeno, concentración de oxígeno, alarmas, pantalla sensible al tacto, membranas, nebulizador, pruebas de los botones, pruebas de desempeño del ventilador</u>

OBSERVACIONES:
<u>El ventilador se encuentra funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Eloisa Jorge Romo</u>	H. Llegada: <u>10:40</u>	Nombre: <u>Fernando Romero</u>
Cargo: <u>Gerente Bromedico</u>	H. Salida: <u>11:40</u>	Cargo: <u>S.T</u>
Firma: <u>Eloisa Jorge Romo</u>		Firma: <u>[Firma]</u>