

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica de Maicao
Contacto: Harold Delgado
Teléfono: 3017839783
Ciudad: Maicao
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Carefusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT04728
Ubicación: UCI
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

PROBLEMA:

2da Visita de mantenimiento Preventivo por garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación de estado físico y funcional, test uvi: led, membrana, alarma, fuga, cal O2, prueba de desempeño de batería, parámetros ventilatorios y limpieza general, otro protocolo.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento

CLIENTE

Nombre: Harold Delgado
Cargo: Bromedico
Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 11 am
H. Salida: 12:30 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen Monroy C.
Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: