

Tactica 25992.

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11686**FECHA: 02 12 2020

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica Ecosmo</u>	Equipo: <u>Verificador de puente</u>
Contacto: <u>Ing. Dario R.</u>	Marca: <u>Chetron</u>
Teléfono: <u>310 492 1234</u>	Modelo: <u>Vila Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Villavicencio</u>	S/N: <u>CAT0431 (CAT0431)</u>
Contrato: <u>✓</u>	Ubicación: <u>DCA</u>
Daño fuera de Garantía: <u> </u>	Placa: <u>NIR</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: <u> </u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: <u> </u>	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relvo ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: <u> </u>	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujo metro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Vista programada de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realizó revisión general por estado y funcionamiento. Verificación de Volúmenes PCP, PIP, T1, T2, F1, F2. Funcionamiento de O2. Se realizó prueba de bombas alarmas, luces, membranas y bilabios. Se realizó verificación de funcionamiento del nebulizador y pantalla táctil, tal se hace impreso el taller de refrigeración.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Equipo funciona correctamente.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Dario Rovira</u>	H. Llegada: <u>14:00</u>	Nombre: <u>Ally Caldera Caldera</u>
Cargo: <u>Soporte Biomédico</u>	H. Salida: <u>15:30.</u>	Cargo: <u>Ing. Sr.</u>
Firma: <u>Dario Rovira</u>		Firma: <u>[Firma]</u>