

25302.

Instrumentación S.A

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 11651

FECHA: 09/11/2020

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica VIP.</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Jenny</u>	Marca: <u>Copetacion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Veto Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Pagoto.</u>	S/N: <u>CAT04564</u>
Contrato: <u>✓</u>	Ubicación: <u>Oa A.</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>NIR</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Reparación Completa	☐ Relevo	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
			☐ Manguera
			☐ Manómetro
			☐ Mezclador
			☐ Módulo
			☐ Motor
			☐ Operativo
			☐ Pantalla
			☐ Pistón
			☐ Potenciometro
			☐ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visto programado de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza revisión general por estado y funcionamiento, verificación de Volúmenes, PEEP, Frecuencia PIP, Concentraciones de O2. Se realizan pruebas de funcionamiento, luces, membrana, alarmas, batería y con la misma, verificación de funcionamiento del nebulizador, pantalla táctil y limpieza del filtro de refrigeración</u>

OBSERVACIONES:
<u>Equipo funciona dentro de los parámetros establecidos por el fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Jenny Sánchez</u>		Nombre: <u>Derly Catherine Calderon</u>
Cargo: <u>Ing. Biomedica</u>	H. Llegada: <u>7:30</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>	H. Salida: <u>5:00</u>	Firma: <u>[Firma]</u>
<u>09/11/2020</u>		