

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica Sagrada Familia
Contacto: Ing. Huber Castañeda
Teléfono: 3177125231
Ciudad: Armenia
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Carefusion
Modelo: VEA COMPREHENSIVE
S/N: CAT04574
Ubicación: UCL
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

PROBLEMA: Visita #2 Garantía. Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Inspección física y funcional. Pruebas OVP: Teclas, leds indicadores, fugas, alarmas, pantalla táctil, reboilador, calibración de sensor O₂, desempeño de batería, todas OK. Verificación de parámetros de ventilación relacionados en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

Capacitación en cuidados básicos y manejo de ramo extendido brindado al personal de Terapia

CLIENTE

Nombre: John Harold Rios Z.
Cargo: Ana Brandedo
Firma: John Harold Rios Z.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:00 am
H. Salida: 10:30 am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar Muñoz C.
Cargo: Soporte Técnico
Firma: