

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Federico Lleras Acosta
Contacto: Ing. Juan Camilo Rentería
Teléfono: 3145766777
Ciudad: Ibagué - Tolima
Contrato: USPS
Daño fuera de Garantía: ---

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: Carefusion
Modelo: Vela Compensense
S/N: CAT 01599
Ubicación: UCS
Placa: 139859

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujoómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo HTV: 590
HTV: 590

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo, Test VVT, Prueba de Fugas, Prueba de batería, alarmas, pantalla, membrana, calibración de sensor de O2. Test de desempeño para parámetros Km, VT, PEEP, PIP, Ti, J: E, %fio2, fr. Se utiliza equipo de calibración TSI.

OBSERVACIONES:

Se entrega el equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Juan Camilo Rentería M
Cargo: Ing. biomédico
Firma: Juan Camilo R

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2 pm

H. Salida: 4 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantar Cardenas
Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]