

Tactica 25993.

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11680**

FECHA: 02 12 2020

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clínica Esmar</u>	Equipo: <u>Válvula de puente</u>
Contacto: <u>Ing. Dario R.</u>	Marca: <u>Cardiopharm</u>
Teléfono: <u></u>	Modelo: <u>Vita Comprehensiv</u>
Ciudad: <u>Bogotá</u>	S/N: <u>CAT04611</u>
Contrato: <u></u>	Ubicación: <u>C. A.</u>
Daño fuera de Garantía: <u></u>	Placa: <u>112</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro Cual: <u></u>

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: <u></u>	☐ Filtro Emisor/Exitación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: <u></u>	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujoómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro: <u></u>

PROBLEMA: <u>Válvula programada de mantenimiento preventivo</u>
--

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realizó revisión general en estado y funcionamiento. Verificación de líneas PCP, PIP, T, I, E. Frecuencia, Concentración de O2. Se realizó prueba de fuga de oxígeno, se reemplazó la batería, se realizó verificación de funcionamiento del calentador, pantalla LCD y proceso de filtro de refrigeración.</u>

OBSERVACIONES: <u>Trabajo realizado correctamente</u>
--

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Dario Roviro</u>	H. Llegada: <u>130.</u>	Nombre: <u>Ing. Lilliana Lilliana</u>
Cargo: <u>Soporte Biomedico</u>	H. Salida: <u>1100.</u>	Cargo: <u>Ing. SI</u>
Firma: <u>Dario Roviro</u>		Firma: <u>[Firma]</u>