

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Federico Lleras Acosta
Contacto: Ing. Juan Camilo Rentería
Teléfono: 317 5766744
Ciudad: Ibagué - Tolima
Contrato: 4525
Daño fuera de Garantía: -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Carefusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT04629
Ubicación: UCS
Placa: -139862

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloque
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujoímetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☒ Otro

PROBLEMA: Visita de mantenimiento preventivo

HTV: 836

HTT: 836

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Se realiza test UVT, Prueba de Fugas, Prueba de Batería, Pantalla, alarma, membrana, Calibración de sensor O2. Prueba de desempeño para parámetros: Vm, VT, PEEP, PIP, frecuencia y fíoz Ti, Te. Se utiliza equipo de verificación TSI.

OBSERVACIONES:

Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Juan Camilo Rentería
Cargo: Ing. biomédico
Firma: Juan Camilo R

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 1:30 pm
H. Salida: 3:30 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcántara Cárdenas
Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: Daniel Alcántara Cárdenas