

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica San Francisco de Asis
Contacto: Ing Adrian
Teléfono: 313 4110337
Ciudad: Bogotá
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Carefusion
Modelo: vera comprehensive
S/N: CATO4622
Ubicación: UCIA
Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujo metro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita #2 de Garantía. Mantenimiento Preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

HTT: 14 HTV: 14 Inspección general del equipo por estado y funcionamiento
Verificación OVP completas: Pantalla, fugas, alarmas, nebulizador, teclas,
calibración O2, desempeño batería, todos ok. Verificación de parámetros
Ventiladores incluidos en protocolo adjunto. El equipo no tiene
manguera original, ni tampoco acople chemtron

OBSERVACIONES:

El equipo se entrega funcionando de acuerdo a
especificaciones de fabricante. Requiere kit mto anual.

CLIENTE

Nombre: Adrian Gil Gajon
Cargo: Ing. Productos
Firma: _____

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 12:30m
H. Salida: 14:00pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar Muñoz C.
Cargo: Soporte Técnico
Firma: _____