

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11770**FECHA: 07 12 2020**DATOS DEL CLIENTE**

Cliente: Clínica VIP.
 Contacto: Ing. Venny Sanchez
 Teléfono: _____
 Ciudad: Bogotá
 Contrato: _____
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente.
 Marca: Cardfusion
 Modelo: Veto Comprehensive
 S/N: CAT04634
 Ubicación: UCI
 Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigeración
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujoómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visto programado de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó revisión general por estado y funcionamiento. Verificación de Volúmenes, PEEP, PIP, I:E y concentraciones de O2. Se realizaron chequeos de fugas, gases, membranas alveolares y batería. Se realizó verificación de funcionamiento del respirador, pantalla táctil, calibración de celda de O2 y limpieza del filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona dentro de los parámetros establecidos por el fabricante.

CLIENTENombre: Dr. Danilo Guio AgudeloCargo: Ing. BiomédicoFirma: Dr. Danilo Guio Agudelo**DURACIÓN DEL TRABAJO**H. Llegada: 11:30H. Salida: 13:00**INSTRUMENTACIÓN S.A.**Nombre: Daily Catherine CalderonCargo: Ing. STFirma: Daily Catherine Calderon