

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clínica Santolauvia IPS.</u>	Equipo: <u>Ventilador</u>
Contacto: <u>Ing. Francis Rivera</u>	Marca: <u>Corefusion</u>
Teléfono: <u>311 111 1111</u>	Modelo: <u>Velo Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Bogotá</u>	S/N: <u>CAT04638</u>
Contrato: <u>Garantía</u>	Ubicación: <u>Uc</u>
Daño fuera de Garantía: <u></u>	Placa: <u>NIR</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro Cual: <u></u>

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: <u></u>	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relvo ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: <u></u>
LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: <u>Segunda Visita de mantenimiento preventivo</u>
--

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza revisión general por estado y funcionamiento, limpieza interna y externa, pruebas de desempeño y verificación (V.M.V. PEEP, FR, PIP, P.E, T, Concentraciones de O2, Caudal, Nebulización, Alarms y membranas).</u>

OBSERVACIONES:
<u>Equipo funciona de acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Francis Rivera</u>	H. Llegada: <u>8:00</u>	Nombre: <u>Orly Catherine Calderon</u>
Cargo: <u>Ing. Biomedica</u>	H. Salida: <u>11:00</u>	Cargo: <u>Ing. ST</u>
Firma: <u>Francis Rivera Mora</u>		Firma: <u>[Firma]</u>
<u>Ingeniera Biomedica</u>		
<u>M.P. 25244-37218CND</u>		
<u>REG. INVIMA RH 201602-084</u>		