

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica Laura Daniela
Contacto: Ing. Yeiner Yáñez
Teléfono: 3133526840
Ciudad: Valledupar
Contrato: USPS
Daño fuera de Garantía: - - -

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Carefusion
Modelo: Vela comtrensive
S/N: CAT04499
Ubicación: UCS
Placa: - - -

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloque
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador	☐ Electrodo	☐ Manguera	☐ Reactivo
☐ Batería	☐ Filtro	☐ Manómetro	☐ Sensor
☐ Cable	☐ Flujometro	☐ Mezclador	☐ Software
☐ Celda O2	☐ Fuente	☐ Módulo	☐ Tarjeta
☐ Compresor	☐ Impresora	☐ Motor	☐ Touchscreen
☐ Consola	☐ Indicador	☐ Operativo	☐ Transductor
☐ CPU	☐ Instrumental	☐ Pantalla	☐ Turbina
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase	☐ Pistón	☐ Válvula
☐ Cubierta	☐ Lámpara	☐ Potenciometro	☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento Preventivo HTV: 226
HTI: 226

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Test VVT; prueba de fugas, prueba de batería, pantalla, alarma, calibración de sensor O2, prueba de membranas Test de desempeño para parámetros Um, VT, PEEP, PIP, TC, frecuencia, J.E, I.FiO2. Se utiliza equipo de verificación TSJ.

OBSERVACIONES:

Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Yeiner Yáñez O.
Cargo: Coordinador
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 4:30 pm
H. Salida: 5:30 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantar
Cargo: Ing. Servicio Técnico
Firma: [Firma]