

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Salud Vital De Colombia IPS
Contacto: Dña. Lady Estupinan
Teléfono: 314 321 0149
Ciudad: Barrancabermeja
Contrato: Garantía
Daño fuera de Garantía: N/A

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: VMAE / Calefusión
Modelo: vela
S/N: CAT04522
Ubicación: UCI Adulto
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

PROBLEMA:

Ningun problema reportado por el usuario.
Visita de mantenimiento preventivo por garantía #2.

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación en general del equipo, se realiza limpieza interna y lavados del filtro.
Se ejecutan pruebas UVI = Fugas, luces, Interruptores, Tom y Calibración de la celda de O2.
- Verificación de parámetros = UVI, UVI, PEEP, PIP, Frecuencia respiratoria, Relación IE, Tiempos y FIO2 = valores dentro del rango.
- Verificación del funcionamiento de: pantalla sensible al tacto,

OBSERVACIONES:

mezclador, nebulizador, calibración, cambio de Transpilo, batería, teclado = OK. Ajuste de tornillos de base. Se entrega el equipo funcionando correctamente de acuerdo a especificaciones de fábrica. Se anexa protocolo.

CLIENTE

Nombre: Jony M. Estupinan B
Cargo: Administrador

Firma: Jony M. Estupinan B

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:00 am

H. Salida: 11:00 am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Jenny Barrera
Cargo: Soporte Tc

Firma: Jenny Barrera