

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clínica Vesallos</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: _____	Marca: <u>Dräger</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>600i complete</u>
Ciudad: <u>Medellín</u>	S/N: <u>0AT 04532</u>
Contrato: _____	Ubicación: _____
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: _____

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relévo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujo metro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: <u>Visita programada de mantenimiento preventivo.</u>

TRABAJOS REALIZADOS: <u>Se realizó mantenimiento preventivo a ventilador estado físico y de funcionamiento general, se verificó monitor um, ut, pO2, frecuencia PP, Relación I:E y FiO2, se reemplazó puerca de batería, filtro y cable sensores de celda de O2, se verificó alarmas, membranas luces pantalla y reducidos, se realizó limpieza general y de filtro de regeneración se verificó estado.</u>

OBSERVACIONES: <u>Se verificó correcto funcionamiento, mejoran equipos conectados a toma AC, no permite la descarga total de la batería.</u>
--

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Fu. A. Argente</u>	H. Llegada: <u>9:45 am</u>	Nombre: <u>Koen Henry C.</u>
Cargo: <u>Coordinador Ejecutivo</u>	H. Salida: <u>9:50 am</u>	Cargo: <u>Ing. Especial Técnico</u>
Firma: <u>Fu. A. Argente</u>		Firma: <u>Koen H.C.</u>