

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica Laura Daniela</u>	Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Yeiner Yañez</u>	Marca: <u>Carefusion</u>
Teléfono: <u>3133526840</u>	Modelo: <u>Ueki Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Valledupar</u>	S/N: <u>CAT 04474</u>
Contrato: <u>USPS</u>	Ubicación: <u>UCS</u>
Daño fuera de Garantía: <u>-o-</u>	Placa: <u>-</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Reparación Completa	☐ Relevo	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
			☐ Manguera
			☐ Manómetro
			☐ Mezclador
			☐ Módulo
			☐ Motor
			☐ Operativo
			☐ Pantalla
			☐ Pistón
			☐ Potenciometro
			☒ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☒ Otro

PROBLEMA:
<u>Visite de mantenimiento preventivo</u>
HTU: 35
HTV: 14

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza verificación del estado físico y funcional del equipo Test</u>
<u>UVT; Prueba de fugas, pantalla, alarmas, batería, membranas, calibración</u>
<u>de Sensor O2, Test de desempeño para parámetros VT, VM, PEEP, Fi,</u>
<u>Ti, I:E, frecuencia, y fíoz. Se utiliza equipo de verificación</u>
<u>TST</u>

OBSERVACIONES:
<u>Se entrega equipo funcionando acorde a especificaciones</u>
<u>del fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Yeiner Yañez O.</u>	H. Llegada: <u>3:30 PM</u>	Nombre: <u>Daniel Alcantar L.</u>
Cargo: <u>Coordinador</u>	H. Salida: <u>5:30 PM</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>