

T → 25721

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Salud Vital de Colombia IPS
 Contacto: _____
 Teléfono: _____
 Ciudad: Barrancabermeja
 Contrato: _____
 Daño fuera de Garantía: NIA

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
 Marca: Carefusion / Vyaire
 Modelo: Vela
 S/N: CAT04182
 Ubicación: UCI - Adulto
 Placa: NIA

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Ninguno. Visita de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

- Verificación en general del equipo por estado y funcionamiento.
 - Ejecución de pruebas UVI (Fugas, luces, membranas, alarma Tam, y calibración de celda de O2=ok. - Verificación de parámetros = UVI, UVI, PEEP, PIP, T₁, T₂, FIO₂ y Frecuencia=ok. - Verificación del funcionamiento del mezclador, nebulizador, batería, alarmas y pantalla sensible al tacto=ok. - Limpieza interna, externa y filtro del

OBSERVACIONES:

Ventilador de refrigeración. - Pruebas finales de desempeño=ok. - Se entrega el equipo funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Lenny M. Ferrer
 Cargo: Administrador
 Firma: Lenny M. Ferrer

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:00 am
 H. Salida: 10:00 am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Lenny Bernero
 Cargo: Soporte Técnico
 Firma: Lenny Bernero