

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Centro Cardiovascular Colombiano Clínica Santa María
Contacto: Ing. Alejandro Arias
Teléfono: 512 22 22
Ciudad: Medellín
Contrato: 10743
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: Spiron
Modelo: Veto Comprehensive
S/N: CAT04485
Ubicación: Oca A
Placa: BMVE-VENT94

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Vento programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó revisión general por estado y funcionamiento. Verificación de volúmenes, PEEP, Frecuencia, PIP, U.E.T., concentraciones de O2. Se reemplazaron filtros de gases, mangueras, plumas, calibración de celda de O2. Verificación de funcionamiento de nebulizador, pantalla táctil, pines y carga de batería y limpieza de filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona dentro de los parámetros establecidos por fábrica.

CLÍNICA CARDIOVID
CLIENTE

Nombre: Dr. Juan Carlos Arias
Cargo: 04 11 2020

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10:00

H. Salida: 11:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Ing. Carlos Collier
Cargo: Ing. Servicio Técnico

Firma: [Firma]