

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No.

10748

FECHA: 11 Nov 2020

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clara V.P.
 Contacto: Ing. Jenny Sanchez
 Teléfono: _____
 Ciudad: Bogotá
 Contrato: _____
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
 Marca: Corefusion
 Modelo: Velo Comprehensive
 S/N: CAT04541
 Ubicación: Oca A.
 Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujo metro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó revisión general por estado y funcionamiento verificación de Volúmenes, PEEP, Frecuencia PIP, I:E, Ti, Concentraciones de O2. Se realizaron pruebas de fugas, leak, alarma, batería y carga de la misma, Calibración de Celda de O2, Verificación de funcionamiento de nebulizador, pantalla tactil y limpieza de filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona dentro de los parámetros establecidos por el fabricante.

CLIENTE

Nombre: Ing. Daniela Guio Azudeh
 Cargo: Ing. Biomédica
 Firma: Ing. Daniela Guio A.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10:00
 H. Salida: 11:45

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dary Catherine Calderon
 Cargo: Ing. Soporte Técnico
 Firma: Dary Calderon