

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **13540**FECHA: 19 08 2021

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Sas Clínica V I P</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Jenny Sánchez</u>	Marca: <u>Carefusion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Vela-Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Bogotá</u>	S/N: <u>CAT04541</u>
Contrato: <u>Garantía 2ª Visita</u>	Ubicación: _____
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: _____

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujómetro
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
			☐ Manguera
			☐ Manómetro
			☐ Mezclador
			☐ Módulo
			☐ Motor
			☐ Operativo
			☐ Pantalla
			☐ Pistón
			☐ Potenciómetro
			☐ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general por estado y funcionamiento Verificación de volúmenes, flujos Pip, PEEP, Vm, relación I:E, Ti, fugas, alarmas, frecuencia respiratoria, concentraciones de oxígeno, nebulizador, pantalla sensible al tacto, membranas, leds, selector, carga de la batería, pruebas finales de desempeño del ventilador, entre otras cosas</u>

OBSERVACIONES:
<u>El ventilador se entrega funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Laura Yulieth Ruiz Borda</u>	Nombre: <u>Fernando Romero</u>	
Cargo: <u>Tecnólogo de Soporte</u>	Cargo: <u>S.T.</u>	
H. Llegada: <u>2:00</u>	H. Llegada: <u>2:00</u>	
H. Salida: <u>16:30</u>	H. Salida: <u>16:30</u>	
Firma: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	