

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica Suho Simónval Medina
Contacto: Ing. Luis Alejandro
Teléfono: 3212165202
Ciudad: Bogotá
Contrato: Garantía
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: Carefusion
Modelo: UCIA comprehensive
S/N: CAT 04425
Ubicación: UCIA
Placa: N/A

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Segunda visita de Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

HRV: 1174, ART: 1174. Verificación general de equipo en estado y funcionamiento.
Se realizan pruebas de fugas, alarmas, luces, membranas, pantalla tactil,
calibración celda O2, humidificador, limpieza filtro de refrigeración. Todos OK.
Verificación de parámetros ventilatorios incluidos en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

El equipo se abre para limpieza interna. El equipo queda funcionando de acuerdo
a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Luis Barrera
Cargo: Ing. Biomedico
Firma: _____

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 11:00am
H. Salida: 12:30pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Fabiola Hernandez
Cargo: Agente Técnico
Firma: _____