

DATOS DEL CLIENTE Cliente: <u>Centro Cardiorrespiratorio Colombiano Clínica Santa María</u> Contacto: <u>Ing. Alejandro Arias</u> Teléfono: _____ Ciudad: <u>Medellín</u> Contrato: <u>✓</u> Daño fuera de Garantía: _____	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: <u>Ventilador de paciente</u> Marca: <u>Covidien</u> Modelo: <u>Velo Conceptus VC</u> S/N: <u>CAT044391</u> Ubicación: <u>Oca</u> Placa: <u>BMVC-VENT-91</u>
---	---

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesía ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____
--

TIPO DE ELEMENTO LÍNEA COMUNICACIONES ☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	LÍNEA ANALÍTICA ☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	LÍNEA MÉDICA ☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro
--	--	--

PROBLEMA: <u>Visto programado de mantenimiento preventivo.</u>

TRABAJOS REALIZADOS <u>Se realiza revisión general por estado y funcionamiento, verificación de Volúmenes, PEEP, Frecuencia, PIP, P:E, Ti, Concentraciones de O2. Se realizan pruebas de fugas, luces, membranas, alarmas. Calibración de Celda de O2, verificación de funcionamiento de nebulizador, pantalla táctil, prueba y carga de batería y limpieza de filtro de refrigeración.</u>

OBSERVACIONES: <u>Equipo funciona dentro de los parámetros establecidos por fábrica.</u>

CLIENTE 10739 Nombre: <u>Alejandro Arias</u> Cargo: <u>DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA</u> Firma: _____	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: <u>13:30</u> H. Salida: <u>15:00</u>	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: <u>Pedro Germán Coldeón</u> Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u> Firma: _____
--	--	---