

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **10277**FECHA: 04 02 2021

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Sres Hospital General de Medellin</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing Sofia Lopez</u>	Marca: <u>Corpuscion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Vela - Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Medellin</u>	S/N: <u>CAT04455</u>
Contrato: <u>Garantia</u>	Ubicación: <u>U. C I Piso 8º S</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>991502001566-00</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO					
LÍNEA COMUNICACIONES		LÍNEA ANALÍTICA		LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Reparación Completa	☐ Fuente	☐ Relevó	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reparación Componentes	☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Sonda de Muestra	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Tarjeta Principal	☐ Otro:	☐ Teclado	☐ Válvula de Una Vía	☐ Celda O2	☐ Fuente
		☐ Consola		☐ Compresor	☐ Impresora
		☐ CPU		☐ Cubierta	☐ Indicador
		☐ Cto. Paciente			☐ Instrumental
					☐ Interfase
					☐ Lámpara
					☐ Manguera
					☐ Manómetro
					☐ Mezclador
					☐ Módulo
					☐ Motor
					☐ Operativo
					☐ Pantalla
					☐ Pistón
					☐ Potenciometro
					☐ Reactivo
					☐ Sensor
					☐ Software
					☐ Tarjeta
					☐ Touchscreen
					☐ Transductor
					☐ Turbina
					☐ Válvula
					☐ Otro

PROBLEMA: <u>Visita de mantenimiento preventivo</u>
--

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general por circuitos y funcionamiento, verificación de volúmenes, flujos, PEEP, PIP, Vm, relación I:E, fugas, concentraciones de oxígeno, leds, frecuencia respiratoria, nebulizador, alarmas, membranas, pantalla sensible al tacto, pruebas a la batería, pruebas finales al ventilador, estas pasan exitosamente</u>

OBSERVACIONES:
<u>El Ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a especificaciones del fabricante, completo y en perfecto estado</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Sofía López</u>	H. Llegada: <u>13:30</u>	Nombre: <u>Fernando Ponce</u>
Cargo: <u>Ing. Remedica</u>	H. Salida: <u>15:00</u>	Cargo: <u>S.T.</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>