

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 12017

FECHA: 03 12 2020

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Sras Clínica Alta Complejidad</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Mireya</u>	Marca: <u>Cordusión</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Vela-Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Villapalmar</u>	S/N: <u>CAT04224</u>
Contrato: <u>1ª Visita de mantenimiento Preventivo</u>	Ubicación: <u>U.C. 1</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>QR# 13997</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente
☐ Reparación Completa	☐ Relevo
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía
	☐ Otro:
LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Batería	☐ Filtro
☐ Cable	☐ Flujómetro
☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Consola	☐ Indicador
☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
☐ Cubierta	☐ Lámpara
	☐ Manguera
	☐ Manómetro
	☐ Mezclador
	☐ Módulo
	☐ Motor
	☐ Operativo
	☐ Pantalla
	☐ Pistón
	☐ Potenciómetro
	☐ Reactivo
	☐ Sensor
	☐ Software
	☐ Tarjeta
	☐ Touchscreen
	☐ Transductor
	☐ Turbina
	☐ Válvula
	☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general por estado y funcionamiento consistente en Verificación de Volúmenes, Flujos, PEEP, Vm, ti, relación I:E, fugas, frecuencia respiratoria, Calibración sensor de O2, Concentraciones de O2, nebulizador, pantalla sensible al tacto, teclado de membrana, o bormas, pruebas a la batería, pruebas finales de desempeño del ventilador.</u>

OBSERVACIONES:
<u>El Ventilador se encuentra funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>M. Alejandra Valencia</u>		Nombre: <u>Fernando Romero</u>
Cargo: <u>C. Biomedica</u>	H. Llegada: <u>9:30</u>	Cargo: <u>S.T.</u>
Firma: <u>Mireya Valencia R.</u>	H. Salida: <u>10:45</u>	Firma: <u>[Firma]</u>