

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital general San José
 Contacto:
 Teléfono:
 Ciudad: Monterías
 Contrato:
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
 Marca: Choison
 Modelo: Vela Compensado
 S/N: CA104210
 Ubicación: UCI
 Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relajo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro
☐ Cable ☐ Fluómetro ☐ Mezclador
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro
☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:

Visto programado de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó mantenimiento preventivo, se verificó estado físico y de funcionamiento general, se verificó manómetro Vm, el peso mueleto, se calibró a 0 y 700, se verificó en pruebas de fuga y calibración de todos los sensores, se verificó el estado de los cables y conectores, se realizó limpieza general y de filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Debido a que el equipo conectado a tierra AC, no permite la conexión total de la batería, el equipo en correcto funcionamiento.

CLIENTE

Nombre: Hospital General
 Cargo:
 Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2:30 pm
 H. Salida: 3:30 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Ken Elomay
 Cargo: Ing. Soporte Técnico
 Firma: