

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Srs Clínica Alacadio
Contacto: Ing Kliver Merchan
Teléfono: _____
Ciudad: Bogotá
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: Carefusion
Modelo: Vela-Comprehensive
S/N: CATO4277
Ubicación: U.C.I
Placa: N/A

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujoímetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo programada

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, verificación de volúmenes, PIP, PEEP, Vm, % fugas, relación I:E, Ti, flujos, concentraciones de oxígeno, alarmas, nebulizador, leds, teclado y membranas, pantalla sensible al tacto, prueba a las baterías, pruebas de desempeño del ventilador

OBSERVACIONES:

El ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante

CLIENTE

Nombre: _____
Cargo: Tec. Biomedico
Firma: Cristian Torres

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 11:00
H. Salida: 12:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Fernando Roman Fabiola
Cargo: S.T
Firma: [Firma]