

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica Julio Samborombi Melina
Contacto: Ing. Luis Alejandro
Teléfono: 3292165202
Ciudad: Bogotá Boyacá
Contrato: Garantía
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Carefusion
Modelo: VELA Comprehensive
S/N: CAT04295
Ubicación: UCI A
Placa: N/A

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Segunda visita de Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

HTT-2049 HTV-2049. Verificación general del equipo por estado y funcionamiento. Se realizan pruebas de focos, altavoces, luces, membranas, pantalla táctil, calibración celda O2, nebulizador, limpieza filtro refrigeración, todos OK. Verificación de parámetros de ventilación incluidos en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

El equipo se abre para limpieza interna. El equipo queda funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Luis Barrero
Cargo: Ing. Biomedico
Firma: 

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 12:30pm
H. Salida: 14:00pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Fabiola Hernandez
Cargo: Soporte Técnico
Firma: 