

DATOS DEL CLIENTE		IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
Cliente: Hospital general San Isidro		Equipo: Ventilador de Paciente	
Contacto:		Marca: Loma Rubin	
Teléfono:		Modelo: Vola Comprehensio	
Ciudad: Manizales		S/N: 00000000	
Contrato:		Ubicación: UCI	
Daño fuera de Garantía:		Placa:	

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relievo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Calda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Oto: Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujo metro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:

Acta programada de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó mantenimiento preventivo, se verificó estado físico y de funcionamiento general, se verificaron parámetros um, ut, pep, frecuencia, pip, relación JE y FiO2, se realizó chequeo de baterías, fugas y calibración de calda de O2, se verificó alarma, memoria, luces, pantalla y generador, se realizó limpieza general y de filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento, ninguna anomalía detectada, no permitir la desatención total de la bacteria.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Valeria Pineda Gomez	H. Llegada: 4:33 pm	Nombre: Karen Moray
Cargo: Coordinadora Técnica	H. Salida: 5:25 pm	Cargo: Ing. Tecnico
Firma: Valeria Pineda G.		Firma: Karen I.P.