

DATOS DEL CLIENTE Cliente: <u>Hospital Federico Lleras Acosta</u> Contacto: <u>Ing. Juan Camilo Rentería</u> Teléfono: <u>317 576 6777</u> Ciudad: <u>Ibagué - Tolima</u> Contrato: <u>MSPS</u> Daño fuera de Garantía: <u>---</u>	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: <u>Ventilador de Pulmón</u> Marca: <u>Cardelusión</u> Modelo: <u>Vela Comprehensive</u> S/N: <u>CAT 04409</u> Ubicación: <u>UCI</u> Placa: <u>139855</u>
---	---

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesía ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO LÍNEA COMUNICACIONES ☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	LÍNEA ANALÍTICA ☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	LÍNEA MÉDICA ☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujoómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro
--	--	--

PROBLEMA: <u>Visita de mantenimiento preventivo</u>	<u>MTV: 582</u> <u>MTT: 547</u>
--	------------------------------------

TRABAJOS REALIZADOS <u>Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo. Test UVT. Pruebas de fugas, batería, alarmas, pantalla membrana, calibración de sensor O2. Prueba de desempeño para parámetros Um, VT, PEEP, PIP, Ti, Te, FiO2, frecuencia. Se utiliza equipo de verificación TSI.</u>

OBSERVACIONES: <u>Se entrega el equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.</u>
--

CLIENTE Nombre: <u>Juan Camilo Rentería M</u> Cargo: <u>Ing. Biomédico</u> Firma: <u>[Firma]</u>	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: <u>10:30 am</u> H. Salida: <u>12:30 pm</u>	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: <u>Daniel Alcantara Cardenas</u> Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u> Firma: <u>[Firma]</u>
--	--	---